

## ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОМЕР СЕРВИС» (ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311194

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

625007, РОССИЯ, Тюменская обл., г Тюмень, ул. 30 лет Победы, дом 27 корпус 1, офис № 106

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГЧВ

условный шифр знака поверки

№ п/п	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические характеристики		Примечание
			Диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5	6
1	Измерения параметров потока, расхода, уровня и объема веществ	Счетчики холодной и горячей воды	(0,02–3,0) м <sup>3</sup> /ч	ПГ ± (2,0–5,0) %	
2		Счетчики жидкости, расходомеры - счетчики, расходомеры, в том числе электромагнитные, ультразвуковые	(0,002–90,0) м <sup>3</sup> /ч	ПГ ± (0,2–5,0) %	
3		Теплосчетчики	(0–10 <sup>9</sup> ) ГДж (0–90,0) м <sup>3</sup> /ч (0–180) °С (0–40) МПа Δt (3–150) °С	ПГ ± (0,5–5,0) % ПГ ± (0,2–5,0) % Класс А, В, С ПГ ± 0,25 % Класс 1, 2	
4		Установки поверочные переносные	(0,01–5,0) м <sup>3</sup> /ч	ПГ ± (0,2–0,5) %	
5		Тепловычислители	(0–10 <sup>9</sup> ) ГДж (0–90,0) м <sup>3</sup> /ч (0–180) °С (0–40) МПа Δt (3–150) °С (0 – 20) мА  (0 – 10000) Гц	ПГ ± (0,5–5,0) % ПГ ± (0,2–5,0) % Класс А, В, С ПГ ± 0,25 % Класс 1, 2 ПГ ±(0,05 – 0,25) % ПГ ±(0,01 – 0,15) %	
6	Измерения давления, вакуумные измерения	Манометры  Преобразователи давления измерительные	(0 – 1,2) МПа (1,2 – 40) МПа ВПИ (0,02 – 1,2) МПа ВПИ (1,2 – 40) МПа	КТ (0,6 – 4) КТ (0,4 – 4)  ПГ ±(0,5 – 4,0) %  ПГ ±(0,3 – 4,0) %	

1	2	3	4	5	6
7	Теплофизические и температурные измерения	Термопреобразователи сопротивления Комплекты термопреобразователей сопротивления	$[(-45)-150]$ °C $[(-45)-150]$ °C $\Delta t$ (3–150) °C (0–20) мА	КД АА, А, В, С КД АА, А, В, С Класс 1, 2 КТ (0,5–1,5)	

Директор  
ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС»  
\_\_\_\_\_

должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

Д.А. Модлина  
\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия уполномоченного лица